

受理号：CSZ1800035

体外诊断试剂产品注册 技术审评报告

产品中文名称：人类 SDC2 基因甲基化检测试剂盒（荧光
PCR 法）

产品管理类别：三类 6840

申请人名称：广州市康立明生物科技有限责任公司

国家食品药品监督管理总局

医疗器械技术审评中心

目录

基本信息	3
一、 申请人名称	3
二、 申请人住所	3
三、 生产地址	3
产品审评摘要	4
一、 产品概述	4
二、 临床前研究摘要	6
三、 临床评价摘要	13
四、 风险分析及说明书提示	16
综合评价意见	20

基本信息

一、申请人名称

广州市康立明生物科技有限责任公司

二、申请人住所

广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A2 栋

第六层

三、生产地址

广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A2 栋

第六层、A4 栋第五层（505 单位）

产品审评摘要

一、产品概述

(一) 产品主要组成成分

表 1: 试剂盒组成、规格

组分		包装规格	
		10 人份/盒	90 人份/盒
试剂盒 I	SPE 柱	10 支	90 支
	裂解液	31 ml × 1 瓶	207 ml × 1 瓶
	洗液 W1	13 ml × 1 瓶	85 ml × 1 瓶
	洗液 W2	4 ml × 1 瓶	25 ml × 1 瓶
	溶液 A	0.8 ml × 1 管	5.3 ml × 1 瓶
	结合液	7 ml × 1 瓶	48 ml × 1 瓶
	磁珠 M2	770 μl × 1 管	5.3 ml × 1 瓶
	溶液 C	700 μl × 瓶	4.3 ml × 瓶
试剂盒 II	磁珠 M1	770 μl × 1 管	5.3 ml × 1 瓶
	溶液 B	1.8 ml × 1 管	1.8 ml × 6 管
试剂盒 III	洗脱液	1 ml × 1 管	6.4 ml × 1 瓶
	PCR 反应液 1	180 μl × 1 管	1080 μl × 1 管
	PCR 反应液 2	180 μl × 1 管	1080 μl × 1 管
	阴性质控品	3.1 ml × 2 瓶	3.1 ml × 2 瓶
	阳性质控品	3.1 ml × 2 瓶	3.1 ml × 2 瓶

具体各组分的主要成分详见说明书。

(二) 产品预期用途

该产品用于体外定性检测人粪便样本中SDC2基因的甲基化情况。

该产品适用于临床医生建议做肠镜检查的患者的辅助诊断，不能作为肿瘤早期诊断或确诊的依据，仅作为辅助诊断供临床医生参考，提供给患者更多一种大肠癌辅助诊断方法的选择。临床医生应结合患者病情及其他实验室检测指标等因素对检测结果进行综合判断。

(三) 产品包装规格

10人份/盒、90人份/盒。

(四) 产品检验原理

该产品主要包含提取转化和荧光PCR两个步骤：提取转化步骤是用磁珠捕获的方法提取人粪便样本中的SDC2基因和ACTB(β -actin)基因；然后用亚硫酸盐进行转化未发生甲基化的DNA，发生甲基化的SDC2基因则不会被亚硫酸盐转化。

荧光PCR步骤是通过使用双重荧光PCR的方法在同一个反应孔中检测甲基化的SDC2基因及ACTB基因保守序列。通过特异性的引物来扩增甲基化的SDC2基因，由FAM标记的荧光探针报告扩增信号，甲基化的SDC2基因作为大肠癌诊断的标志物；通过设计保守区域的引物来扩增ACTB

基因，由 Texas Red 标记的荧光探针报告扩增信号。ACTB 基因作为内控基因用来评估样品 DNA 是否足量以及样品 DNA 质量是否合格。试剂盒中提供阳性质控品、阴性质控品，在每次检测反应中都需要同时检测。

二、临床前研究摘要

（一）主要原材料

1. 主要原材料的选择

该产品的主要原材料包括：DNA 捕获序列、引物、探针、DNA 聚合酶和 dNTPs，这些原材料均是通过外购的方式获得。

DNA 捕获序列、引物以及探针均由申请人自行设计，由合成公司经过合成、修饰和纯化后获得；DNA 聚合酶由原材料供应商克隆表达后获得；dNTPs 由供应商化学合成获得。

申请人对主要原材料进行了供应商的选择，通过功能性实验筛选出合格供应商，制定了各主要原材料的技术要求和质量标准并经检验合格。

2. 企业参考品和质控品设置情况

企业参考品分为 SDC2 阳性参考品、SDC2 阴性参考品、SDC2 特异性参考品、SDC2 灵敏度参考品和 SDC2 精密度参考品。质控品分为阳性质控品和阴性质控品。

企业参考品和质控品的制备原料为甲基化 SDC2 基因比

率为 100% 以及甲基化 SDC2 基因比率为 0% 的两株细胞 DNA。两株细胞经过扩大化培养、DNA 提取、超声破碎、浓度测定和稀释等过程制备成阴性 DNA 母液和阳性 DNA 母液。阴性 DNA 母液和阳性 DNA 母液经过甲基化特异性 PCR 以及测序的方法得到验证。

SDC2 阳性参考品有 7 种，分别命名为 SDC2 阳性参考品 P1 ~ P7。SDC2 阳性参考品 P1 ~ P3 为一定 DNA 浓度下不同甲基化 SDC2 基因比率的样本；SDC2 阳性参考品 P4 ~ P7 为不同 DNA 浓度的样本。

SDC2 阴性参考品有 8 种，分别命名为 SDC2 阴性参考品 N1 ~ N8。SDC2 阴性参考品 N1 ~ N6 为一定 DNA 浓度下分别含有不同干扰物质的样本；SDC2 阴性参考品 N7 为一定 DNA 浓度下含有低于检测灵敏度的甲基化 SDC2 基因的样本；SDC2 阴性参考品 N8 为一定 DNA 浓度下不含甲基化 SDC2 基因的样本。

SDC2 特异性参考品 1 种，命名为 SDC2 特异性参考品 T。SDC2 特异性参考品 T 为一定 DNA 浓度下含有其他甲基化基因的样本。

SDC2 精密度参考品 2 种，分别为 SDC2 精密度参考品 J1 和 SDC2 精密度参考品 J2。SDC2 精密度参考品 J1 为低浓度的样本，SDC2 精密度参考品 J2 为高浓度的样本。

SDC2 灵敏度参考品为一定 DNA 浓度的阴性样本和阳

性样本的混合，其中阳性的比率为 1%。

SDC2 阴性质控品和阳性质控品分别为一定浓度的阴性 DNA 样本和阳性 DNA 样本，用于检测过程中试剂和仪器的质量控制。此外，每一个反应中均检测内参基因 ACTB，用于结果的判读及监测样本的质量。

（二）生产工艺及反应体系研究

申请人对试剂盒反应体系的研究中包括 DNA 捕获序列的组合、裂解条件的选择、MgCl₂ 浓度的确定、dNTPs 浓度的确定、引物探针浓度的确定、DNA 聚合酶浓度的确定以及阴/阳性质控品浓度等；对 PCR 过程中的循环数、退火温度及退火时间进行研究；完成样本的用量以及样本保存时间的研究；对该产品适配的两种仪器 Roche LightCycler 480 II 以及 ABI 7500 的检测结果的判读的方式和阈值进行了研究。通过功能性实验，最终确定了最佳的反应体系。

申请人根据试剂盒中试剂及组件的主要生产工艺的研究结果，确定了最佳的生产工艺。

（三）分析性能评估

分析性能评估包括试剂盒外观、灵敏度、特异性、阴/阳性符合率、精密度以及干扰试验的研究。

在试剂盒外观的研究中，选择连续生产的三批次试剂盒，主要针对试剂盒组分是否齐全，包装外观清洁、无泄露、无破损，标志、标签字迹清楚等情况进行目视观察。结果显

示试剂盒外观符合质量的要求。

灵敏度研究的目的是考察在一定量的野生型的 DNA 背景下能够检测的阳性样本最低的比例。分析方法是 将 $2\text{ng}/\mu\text{L}$ 的阴/阳性细胞株基因组 DNA 按照 6 个梯度的方式将两种细胞株基因组 DNA 混匀。使用两种规格（10 人份/盒、90 人份/盒）六批次试剂盒分别在两种适配的仪器上进行检测，确定试剂盒检测的灵敏度。该灵敏度的研究也同时在粪便样本为基质的样本中完成检测。检测结果显示该产品在 DNA 浓度为 $2\text{ng}/\mu\text{L}$ 的野生型 DNA 背景下的灵敏度为 1%。

特异性研究的方法是分别选取 7 例经过临床肠镜确诊为正常人的粪便样本，选取 2 例其他基因（BMP3）甲基化的 DNA 样本，选取 SDC2 特异性参考品 T，使用两种规格（10 人份/盒、90 人份/盒）六批次试剂盒分别在两种适配的仪器上进行检测。检测结果均为甲基化 SDC2 基因扩增为阴性，说明该产品能够实现对甲基化 SDC2 基因的特异性检测。

阴/阳性符合率的研究，阴性符合率中需检测的样本类型为包括含有不同类型的可能干扰实验检测的常用药物的样本、不含有干扰药物的样本、含有低于该产品灵敏度的甲基化样本；阳性符合率的检测样本包括固定 DNA 含量一定且含不同的甲基化阳性 DNA 比率的样本、不同的 DNA 浓度梯度的样本。使用两种规格（10 人份/盒、90 人份/盒）六批次试剂盒分别在两种适配的仪器上进行检测。检测结果的显示

阴性符合率为 100%；阳性符合率为 100%。

精密度的研究分别选择低 DNA 浓度及高 DNA 浓度的精密度参考品 J1 和精密度参考品 J2。使用两种规格（10 人份/盒、90 人份/盒）六批次试剂盒分别在两种适配的仪器上由两位实验人员在 20 天进行连续的检测。检测结果显示两种规格的试剂盒在两种适配仪器上的变异系数均小于等于 5%。

在干扰试验中，选择潜在的干扰物进行研究，包括常用乳液、面霜及女性常用非处方产品，粪便软化剂、抗腹泻及泻药产品，抗酸及其他胃药，抗炎症类药、止痛药，动植物 DNA，脂肪酸和油脂类物质。实验结果显示动物 DNA（500ng/ml）、植物组织（500ng/ml）、植物油（10 μl/ml）、通便类药物甘露醇（75mg/ml）、通便灵胶囊（7.25mg/ml）、痔疮膏（24.75mg/ml）、吗丁啉（0.14mg/ml）、四环素（10.65mg/ml）、青霉素（2.56mg/ml）、布洛芬胶囊 75 μg/ml、胃药斯达舒（6.84mg/ml）、奥美拉唑（2.82mg/ml）、头孢克肟（20.5mg/ml）、盐酸左氧氟沙星（0.15mg/ml）、西咪替丁（2mg/ml）、感冒灵胶囊（0.27mg/ml）对检测结果无影响。浓度为 3 倍正常代谢量（9.23mg/ml）的黄连素对该产品的检测影响超出允许标准。因此，建议该产品在临床使用中，受检者在本检测取样前 1 天避免服用黄连素。

（四）阳性判断值

该产品阳性判断值的研究采用临床来源粪便样本。465例中结直肠癌患者 120 例、腺瘤（ $\geq 10\text{mm}$ ）76 例、肠息肉样本（ $< 10\text{mm}$ ）31 例、肠炎样本 24 例、胃炎样本 6 例、胃癌样本 18 例、胃息肉样本 1 例，神经内分泌瘤样本 3 例、肝癌和肠道脂肪瘤样本各 1 例、正常人 184 例。

试验结果显示 ACTB 基因的 Ct 值在 22 至 40 之间，取 95%分位值，Ct 值 ≤ 36 时判定为样本合格。在确定样本质量合格的情况下，根据临床对于检测灵敏度和特异性的需求分析，判定检测样本 SDC2 基因 Ct 值 ≤ 38 时判断为阳性；SDC2 基因 Ct 值 > 38 时判断为阴性。

因此，该产品的阳性判断值为：

ACTB 基因的 Ct 值 ≤ 36 ，甲基化 SDC2 基因 Ct 值 ≤ 38 时判断样本为阳性；

ACTB 基因的 Ct 值 ≤ 36 ，甲基化 SDC2 基因 Ct 值 > 38 时判定为阴性样本；

ACTB 基因 Ct 值 > 36 或者无 Ct 值时，判定为样本不合格。

（五）稳定性

申请人对该产品的稳定性的研究包括货架效期稳定性、开封稳定性、反复冻融稳定性、运输稳定性以及热稳定性。

货架效期稳定性：选择三批次试剂盒，定期对规定储存条件下保存的试剂盒进行检测，验证其货架效期稳定性；并

记录实验结果和日期，形成报告。其三批次的货架效期稳定性项目的检测频次分别为如下所述：

SD11611001: 自生产之日起在第一个月、第三个月、第四个月检之后每个月检测一次直至第 14 个月，研究测试试剂盒的货架效期稳定性；

SD11612001: 自生产之日起每月检测一次直至第 14 个月，研究试剂盒的货架效期稳定性。

SD11612002: 自生产之日起每月检测一次直至第 14 个月，研究试剂盒的货架效期稳定性。

对各项参考品及阴/阳性质控品检测的实验结果表明：该产品在生产后 14 个月的产品性能满足质量的要求，试剂性能稳定。产品有效期可达 12 个月。

开封稳定性：取一定量的效期内三批次试剂盒，开封使用状态下放置 1 天、2 天、1 周后检测试剂盒的稳定性。对各项参考品及阴/阳性质控品检测的实验结果表明该产品开封使用状态下放置 1 天、2 天和 1 周后，其检测结果显示试剂盒的产品性能均能够满足质量的要求，因此该产品在开封使用条件下存放时间可以达到 1 周。

反复冻融稳定性：使用三批次试剂盒在规定的储存条件下，取出试剂盒 III 反复冻融 4 次，检测每次冻融后的试剂盒的稳定性；将试剂盒 III 放置在冰箱 4℃解冻后放回-20℃±5℃保存，反复冻融 4 次，每次冻融检测 1 次。对各项参

考品及阴/阳性质控品检测的实验结果表明试剂盒 III 在反复冻融 4 次的条件下的产品性能均能够满足质量的要求。因此声称试剂盒 III 反复冻融不超过 4 次。

运输稳定性：使用三批次试剂盒进行冷链运输；对运输后及运输后放置到有效期末的试剂盒进行检测。对各项参考品及阴/阳性质控品检测的实验结果表明该产品在冷链运输的条件下运输 6 天以及在效期末的检测结果的各项性能指标均能够满足质量的要求。试剂盒的运输时间在 6 天内不影响产品质量。

热稳定性：将三批次试剂盒放置在 37℃ 的鼓风烘箱中，每天检测一次，连续三天检测。对各项参考品及阴/阳性质控品检测的实验结果表明三批次试剂盒 37℃ 放置 3 天的测试结果在外观性状、阴/阳性符合率、灵敏度、特异性、精密度都满足质量要求。

申请人对粪便样本保存稳定性以及该产品提取的 DNA 样本的保存稳定性进行研究。结果显示粪便样本保存时间期限可达 8 个月；该产品提取的 DNA 样本保存时间可达 1 个月。

三、临床评价摘要

申请人在中山大学附属第六医院、南方医科大学南方医院和山东省肿瘤医院共 3 家临床试验机构完成了临床试验。

采用肠镜（和）或病理的等临床诊断结果为对照方法，通过与临床参考方法对比验证考核试剂的有效性和安全性，从而评估考核产品的临床性能。

通过采用单盲、对照的试验设计共筛选入了 1381 例受试者，有效病例数为 1213 例。其中结直肠癌病例 374 例，非结直肠癌病例 839 例。结直肠癌病例涵盖了结直肠癌不同分期的患者，占总入组病例数的 30.83%（374/1213）。非结直肠癌病例包括干扰人群样本共 551 例，其中含 437 例肠道相关良性疾病人群样本（主要包括结直肠腺瘤 110 例、结直肠息肉 114 例、结直肠炎症 151 例、痔疮 47 例以及憩室、肿物、大肠黑变病、脂肪瘤等）、59 例消化道炎症或肿瘤人群样本（主要包括胃癌 18 例、食管癌 12 例、胃炎 11 例、食管炎 8 例以及肝癌、胆管癌、阑尾恶性肿瘤、胰腺癌、喉鳞癌、十二指肠癌等）、55 例其它肿瘤样本或疾病人群样本（主要包括黑色素瘤 2 例、神经内分泌癌 5 例、乳腺癌 4 例、微生物消化道感染 10 例、宫颈癌 1 例、肺癌 6 例、肺鳞癌 8 例、前列腺癌 10 例、类风湿性关节炎 8 例以及宫颈鳞癌 1 例）。另外入组 288 例肠道正常人群样本。

将 1213 例有效病例对照方法结果与考核试剂检测结果进行比较，检测结果如下表所示：

表 2：对照方法与考核试剂检测结果统计四格表

对照 考核		对照方法		
		阳性	阴性	合计
考核 试剂	阳性	315	18	333
	阴性	59	821	880
	合计	374	839	1213

敏感性= $A / (A+B) \times 100\% = 315 / (315+59) \times 100\% = 84.22\%$

特异性= $D / (C+D) \times 100\% = 821 / (18+821) \times 100\% = 97.85\%$

总符合率= $(A+D) / (A+B+C+D) \times 100\% = 93.65\%$

Kappa=0.85。

临床试验结果显示，1213 例有效病例中，有 77 例样本考评试剂盒检测结果与对照方法不符，其中假阳性 18 例（主要集中在肠道相关良性疾病病例，包括息肉 6 例、肠炎 3 例、重度异型增生 2 例以及腺瘤、胃炎等），假阴性 59 例。对 1213 例有效病例进行统计分析，结果表明考核试剂对结直肠癌样本的检测敏感性为 84.22%（315/374），特异性为 97.85%（821/839），总符合率为 93.65%（1136/1213），Kappa 值为 0.85。

对三家临床试验机构入组的 374 例不同分期结直肠癌患者结果分别进行统计，结果见下表：

表 3：大肠癌临床分期样本检测结果

项目	结直肠原位癌（0 期）	结直肠癌（I 期）	结直肠癌（II 期）	结直肠癌（III 期）	结直肠癌（IV 期）	总数
入组例数	1	48	110	167	48	374

假阴分布	0	7	14	27	11	59
检出率 (敏感性)	100.00%	85.42%	87.27%	83.83%	77.08%	84.22%

由结果可见，在结直肠癌的不同分期，该指标的检出无显著差异。

对 77 例考核试剂与对照方法不符的样本和 31 例临床试验中与对照方法符合的样本（包括肠癌、肠道未见异常、肠炎、痔疮、息肉、胃癌、食管癌、神经内分泌癌、前列腺癌、肝癌、肺癌和类风湿性关节炎样本，覆盖了入组临床试验的各主要样本病例类型）进行测序，结果显示测序结果与试剂盒检测结果一致性为 100%，说明该产品能够实现对 SDC2 基因甲基化的特异性的检测。

在临床试验中还对 40 例结直肠癌切除根治术前、后的受试者进行了短期随访。使用考核试剂对符合短期随访要求的受试者粪便样本进行检测，检测结果显示 39 例检测全为术前与病理结果相符，术后阴性与结直肠癌手术后的结果相符。其中有 1 例考核试剂检测结果为样本不合格。

综上所述，考核试剂临床试验对该产品的临床性能进行了较全面研究，临床试验符合要求。

四、风险分析及说明书提示

根据“YY/T 0316-2016 医疗器械风险管理对医疗器械产品的安全风险分析方式，对人类 SDC2 基因甲基化检测试剂

盒（荧光 PCR 法）进行风险分析。

（一）受益评估

根据中国癌症协会公布的数据：2015 年我国大肠癌新发比例约 39 万，死亡约 19 万，并且呈现逐年快速上升的势头。目前大肠癌检测的金标准为肠镜检查，该试剂盒适用于临床医生建议做肠镜检查的患者的辅助诊断，不能作为肿瘤早期诊断或确诊的依据，仅作为辅助诊断供临床医生参考，提供给患者更多一种大肠癌辅助诊断方法的选择。依据现有临床试验结果，对结直肠癌的临床灵敏度为 84.22%，特异性为 97.85%。

（二）风险评估

该试剂盒已知和可预见的安全风险主要有以下几个方面：

1. 与生物学危害有关的安全风险，例如粪便样本可能存在于传染性物质。
2. 与环境有关的危害，例如试剂盒生产及检验中的废液的分类处理问题。
3. 与使用有关的安全风险，例如使用仪器和试剂时没有按照说明书要求进行操作。
4. 与运输与储存有关的安全风险，例如试剂的运输和储存超出规定条件。
5. 与预期用途有关的安全风险，例如本产品的检测结果

非唯一诊断依据，医生未结合其他诊断方法进行综合诊断。
阳性结果不能作为确诊依据，阴性结果也不能作为排除的依据。

6. 功能性失效引起的安全风险，例如未按取样要求取样、样本不合格等导致的检验失败。

7. 与生产有关的安全风险，例如使用未经过验证的原材料。

该试剂盒的产品实现的全生命周期中通过对环境的监测、生产的监控、原材料及供应商的管理、半成品及成品的检验以及说明书的警示内容等方式对安全风险进行控制和降低，剩余风险可以被控制在验收准则规定的可接受范围内，同时没有带来新的危害与安全风险。在目前认知水平上，认为该产品上市带来的获益/受益大于风险。

产品说明书中对于安全风险的提示信息如下：

1. 产品检测的样本为粪便样本，取样量在 1.5g-10g 之间。
2. 患者提供的粪便样本必须使用广州市康立明生物科技有限责任公司生产的粪便采集装置收集，3 天内寄送至检测机构。

3. 黄连素（9.23mg/ml）对检测结果有影响，因此患者取样前 1 天应注意勿服用药物黄连素。

4. 样本的收集、存储以及 DNA 的提取和亚硫酸盐的处理需要按照要求进行，否则可能影响检测结果导致假阴性和

假阳性的发生。

5. 本检测试剂盒检测结果仅供临床参考不得作为临床确诊的依据，应结合其他临床诊断结果进行判定。判定为阳性的患者，建议接受结肠镜检查以便确诊；判定为阴性的患者不排除患病的可能；判定为无效结果的样本，建议患者重新取样检测。

6. 产品的说明书中同时描述了相关注意事项。

综合评价意见

本申报项目为境内第三类医疗器械产品注册，属于创新审批项目（编号：201600150）。申请人的注册申报资料符合现行要求，依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）、《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令2014年第5号）等相关医疗器械法规与配套规章，经系统评价后，建议准予注册。

2018年11月8日

附件：产品说明书

附件

人类 SDC2 基因甲基化检测试剂盒（荧光 PCR 法） 说明书

【产品名称】

通用名称：人类 SDC2 基因甲基化检测试剂盒（荧光 PCR 法）

【包装规格】

10 人份/盒，90 人份/盒。

【预期用途】

本试剂盒用于体外定性检测人类粪便样本中 SDC2 基因的甲基化情况。

本试剂盒适用于临床医生建议做肠镜检查的患者的辅助诊断，不能作为肿瘤早期诊断或确诊的依据，仅作为辅助诊断供临床医生参考，提供给患者更多一种大肠癌辅助诊断方法的选择。临床医生应结合患者病情及其他实验室检测指标等因素对检测结果进行综合判断。

DNA 异常的高度甲基化与癌症的发生发展相关，有研究分析了大肠癌患者的癌组织以及癌旁组织的甲基化情况，筛选出具有显著差异的甲基化 SDC2 基因^[1]。在粪便样本的 SDC2 基因甲基化的研究中发现特异性为 90.9% 时，大肠癌的检测敏感性为 90.0%^[2]。相对于正常组织，SDC2 基因在大肠癌和腺瘤组织中呈现高水平的甲基化现象，并且 SDC2 基因在大肠癌和腺瘤组织中的表达也显著高于正常组织^[3]。SDC2 基因在大肠癌不同分期中呈现高度的甲基化，这一现象预示着其作为大肠癌诊断标志物具有较高的价值^[1-3]。

【检验原理】

本试剂盒主要包含提取转化和荧光 PCR 两个步骤：提取转化步骤是用磁珠捕获的方法提取人粪便样本中的 SDC2 基因和 ACTB(β -actin)基因；然后用亚硫酸盐进行转化未发生甲基化的 DNA，发生甲基化的 SDC2 基因则不会被亚硫酸盐转化。

荧光 PCR 步骤是通过使用双重荧光 PCR 的方法在同一个反应孔中检测甲基化的 SDC2 基因及 ACTB 基因保守序列。通过特异性的引物来扩增甲基化的 SDC2 基因，由 FAM 标记的荧光探针报告扩增信号，甲基化的 SDC2 基因作为大肠癌诊断的标志物；通过设计保守区域的引物来扩增 ACTB 基因，由 Texas Red 标记的荧光探针报告扩增信号。ACTB 基因作为内控基因用来评估样品 DNA 是否足量以及样品 DNA 质量是否合格。试剂盒中提供阳性质控品、阴性质控品，在每次检测反应中都需要同时检测。

【主要组成成分】

1. 试剂盒中包含的试剂组份

本试剂盒根据试剂不同的保存条件要求，分成如下三个试剂盒：

表 1：试剂盒组成、规格及主要成分

组分		包装规格		主要成分
		10 人份/盒	90 人份/盒	
试剂盒 I	1. SPE 柱	10 支	90 支	SPE 柱
	2. 裂解液	31 ml × 1 瓶	207 ml × 1 瓶	异硫氰酸胍溶液
	3. 洗液 W1	13 ml × 1 瓶	85 ml × 1 瓶	MOPS 缓冲液
	4. 洗液 W2	4 ml × 1 瓶	25 ml × 1 瓶	Tris-HCl 溶液
	5. 溶液 A	0.8 ml × 1 管	5.3 ml × 1 瓶	NaOH 溶液
	6. 结合液	7 ml × 1 瓶	48 ml × 1 瓶	盐酸胍溶液
	7. 磁珠 M2	770 μ l × 1 管	5.3 ml × 1 瓶	磁珠
	8. 溶液 C	700 μ l × 瓶	4.3 ml × 瓶	NaOH 溶液
试剂盒 II	1. 磁珠 M1	770 μ l × 1 管	5.3 ml × 1 瓶	磁珠

	2. 溶液 B	1.8 ml × 1 管	1.8 ml × 6 管	亚硫酸盐
试剂盒Ⅲ	1. 洗脱液	1 ml × 1 管	6.4 ml × 1 瓶	tRNA 溶液
	2. PCR 反应液 1	180 μl × 1 管	1080 μl × 1 管	DNA 聚合酶、dNTPs、5×PCR Buffer
	3. PCR 反应液 2	180 μl × 1 管	1080 μl × 1 管	MgCl ₂ 、SDC2 基因和 ACTB 基因上下游引物 4 条、SDC2 基因和 ACTB 基因探针 2 条
	4. 阴性质控品	3.1 ml × 2 瓶	3.1 ml × 2 瓶	Caco2 细胞 DNA
	5. 阳性质控品	3.1 ml × 2 瓶	3.1 ml × 2 瓶	Hct116 细胞 DNA

注：不同批号试剂盒中的各组分不可以互换。

2. 产品不包含，需自备的试剂和仪器

仪 器 类：台式离心机、水浴锅、磁力架、移液器（规格：10μl、100μl、1000μl、5ml）

试剂耗材类：实验需要但试剂盒中不包含的有无水乙醇、10ml 离心管、带滤芯枪头（规格：10μl、100μl、1000μl、5ml）、2ml 离心管、8 联管或者 96 孔板、96 孔板封口膜及压膜器。

【储存条件及有效期】

试剂盒 I 常温储存；试剂盒 II 需 2℃-8℃密封储存；试剂盒 III 需 -20℃±5℃密封储存。试剂盒有效期为 12 个月。

试剂盒 III 反复冻融不超过 4 次，打开包装后 1 周内可在 2℃-8℃储存，长期储存请放置于 -20℃±5℃（建议开封后即分装）。试剂盒 II、试剂盒 III 运输过程中需要保持合适温度，运输时间不超过 6 天。

【适用仪器】

Roche LightCycler 480 II、ABI 7500。

注意：

1. 使用 ABI 7500 仪器检测时探针模式的设置，报告基因：FAM、Texas Red；猝灭基团：NONE；参比荧光：NONE。

反应体积为 30μl。

2. 使用 Roche LightCycler 480 II 仪器检测时需要选择荧光通道：FAM（465-510nm）、Texas Red（533-610nm）。

反应体积 30μl。

【样本要求】

1. 检测样本类型：粪便样本，取样量在 1.5g~10g 之间。
2. 患者提供的粪便样本必须使用广州市康立明生物科技有限责任公司生产的粪便采集装置收集，3 天内送至检测机构。
3. 检测机构在收到样本后建议立刻进行 DNA 的提取及亚硫酸盐的处理、荧光 PCR 的检测，否则建议将含有样本保存液的粪便样本振荡混匀，冻于 -80℃±5℃冰箱，保存期不超过 6 个月。
4. 本试剂盒提取和亚硫酸盐处理的 DNA 不适用于测定 OD₂₆₀ 来定量；不适用于通过 OD₂₆₀/OD₂₈₀ 来判定样本质量。
5. 提取和亚硫酸盐处理完的 DNA 建议立即检测，否则请于 -20℃以下保存，保存时间不要超过 1 个月。

【检验方法】

1. 核酸提取及转化工作液的准备

1.1 90 人份工作液的准备

1.1.1 洗液 W2 的准备

* 将 100 ml 无水乙醇加入洗液 W2 中，盖好盖后上下颠倒 6 次混匀。在标签的侧面“已加入无水乙醇”的方框“□”内标记“√”号。

1.1.2 溶液 C 的准备

* 将 17 ml 无水乙醇加入溶液 C 中，盖好盖后上下颠倒 6 次混匀。在标签的侧面“已加入无水乙醇”的方框“□”内标记“√”号。（注意：该试剂要现配现用，溶液 C 与无水乙醇的体积比例是 1：4）

1.2 10 人份工作液的准备

1.2.1 洗液 W2 的准备

* 将 16 ml 无水乙醇加入洗液 W2 中，盖好盖后上下颠倒 6 次混匀。在标签的侧面“已加入无水乙醇”的方框“□”内标记“√”号。

1.1.2 溶液 C 的准备

* 将 2.8 ml 无水乙醇加入溶液 C 中，盖好盖后上下颠倒 6 次混匀。在标签的侧面“已加入无水乙醇”的方框“□”内标记“√”号。（注意：该试剂要现配现用，溶液 C 与无水乙醇的体积比例是 1: 4）

2. 粪便核酸提取及转化

2.1 粪便样本、阴性质控品以及阳性质控品的融化

* 分别将 1 份阴性质控品、1 份阳性质控品和待检测的粪便样本置于 2~8℃ 过夜解冻，取出样本管，擦去管外壁水珠将粪便样本混合均匀。（注意：样品解冻后，应立即进行下一步操作）

2.2 离心

* 将粪便样本 5000 rpm 离心 10 分钟。

* 取 9 ml 上清转移至新的 10 ml 离心管中，5000 rpm 离心 10 分钟。

2.3 过柱

* 取 3.2 ml 离心后的悬浮液加入到 SPE 柱中，5000 rpm 离心 5 分钟。（剩余的上清可置于 -80±5℃ 保存）

2.4 弃柱

* 弃 SPE 柱内柱。

* 将解冻的阴性质控品、阳性质控品各 3 ml 分别加到新的 10 ml 离心管中。

2.5 裂解

* 在样本、阴性质控品、阳性质控品中分别加入裂解液 2 ml，同时加入磁珠 M1 50 μ l，盖好盖后振荡混匀。（注意：磁珠 M1 加入前请振荡混匀，观察管底无明显的沉淀物后再加入；磁珠 M1 与磁珠 M2 不能混用。）

2.6 孵育

* 将离心管放置在干浴器上，95℃ 孵育 15 分钟后取出离心管快速摇匀，室温（20℃~30℃）条件下静置 1 小时。（注意：离心管静置时应自然降温，避免快速降温的因素。）

2.7 转移

* 1500 rpm 离心 10sec 后将离心管置于磁力架 5 分钟，吸弃 4.2 ml 液体，将剩余液体以及磁珠转移至新的 2 ml 离心管中。

* 将离心管涡旋振荡至肉眼无可见的磁珠团块，简短离心后将离心管置于磁力架 1-3 分钟，吸弃液体。（注意：涡旋振荡效果影响实验的结果，应使磁珠充分分散。）

2.8 第一次洗涤

* 加入 800 μ l 洗液 W1，涡旋振荡至肉眼无可见的磁珠团块后简短离心，将离心管置于干浴器中室温 1300 rpm 振荡孵育 1 分钟，简短离心后将离心管置于磁力架 1-3 分钟，吸弃液体。（注意：涡旋振荡效果影响实验的结果，应使磁珠充分分散；洗液 W1 与洗液 W2 不能混用）

2.9 转化

* 加入 50 μ l 溶液 A 涡旋振荡将管壁磁珠洗下来，简短离心室温 1300 rpm 振荡 20 分钟，简短离心；将离心管置于磁力架 1-3 分钟，使用移液器转移溶液至新的离心管。

* 加入 100 μ l 溶液 B，混匀后简短离心，干浴器 65℃ 孵育 70 分钟后简短离心。

2.10 纯化

* 加入 450 μ l 结合液以及 50 μ l 磁珠 M2，室温 1300 rpm 振荡孵育 15 分钟，简短离心置于磁力架 1 分钟，吸弃液体；再次简短离心置于磁力架 1 分钟，吸弃液体。

（注意：磁珠 M2 加入前请振荡混匀，观察管底无明显的沉淀物后再加入；磁珠 M2 与磁珠 M1 不能混用。）

2.11 第二次洗涤

* 加入 800 μ l 洗液 W2，使用移液器轻轻吹散磁珠，将磁珠转移至一个新的 2ml 离心管中。室温干浴器 1300 rpm 振荡混匀 1 分钟后简短离心，置于磁力架 1 分钟，吸弃液体。

2.12 脱磷酸基团

* 加入 200 μ l 已经加入无水乙醇的溶液 C 室温 1300 rpm 振荡孵育 15 分钟，简短离心置于磁力架 1 分钟，吸弃液体。

2.13 第三次洗涤

* 加入 200 μ l 洗液 W2，室温干浴器 1300 rpm 振荡混匀 1 分钟后置于磁力架 1 分钟，简短离心，吸弃液体。

2.14 第四次洗涤

* 加入 200 μ l 洗液 W2，室温干浴器 1300 rpm 振荡混匀 1 分钟后简短离心，置于磁力架 1 分钟，吸弃液体。

2.15 干燥

* 打开离心管室温干燥 10 分钟。（注意：不要增加干燥温度和干燥时间，不需要振荡）

2.16 洗脱

* 将洗脱液放置在冰盒上自然融化，加入 60 μ l 洗脱液，干浴器 65℃，1300 rpm 孵育 10 分钟，简短离心置于磁力架上 1 分钟，将洗脱下来的溶液转移至新的离心管中，盖好管盖并且标记。

3. 扩增试剂准备（PCR 反应液配置区）

3.1 将 PCR 反应液 1 以及 PCR 反应液 2 插入冰盒中，自然融化。

3.2 按照以下反应体系加入各种成分。

表 2: PCR 反应加样方式

PCR 反应液 1	PCR 反应液 2	模板
10 μ l	10 μ l	10 μ l
总体积: 30 μ l		

3.3 加样完成后，充分混匀后离心，将 PCR 管放入 PCR 仪中。

3.4 按照下面步骤设置 PCR 的反应条件（下表）：

表 3: PCR 反应程序

变性	48 次循环	冷却
95℃ 5 min	(1) 95℃/15 sec (2) 58℃/30 sec (3) 72℃/30 sec (末端检测 FAM, Texas Red)	40℃/30 sec

3.5 分析条件设置: Roche LightCycler 480 II 仪器结果分析时使用 Abs Quant/2nd Derivative Max 分析方法分析扩增的循环数; ABI 7500 仪器结果分析时使用仪器默认基线, SDS V2.3.1 软件分析时, FAM 通道 (检测 SDC2 基因) 值设置为 65000, Texas Red 通道 (检测 ACTB 基因) 阈值设置为 95000。FAM 通道和 Texas Red 通道扩增曲线呈现 “S” 型扩增才可计算 Ct 值。

【阳性判断值】

本试剂盒检测临床样本，得到 465 例有效数据中结直肠癌患者 120 例、腺瘤 (≥ 10 mm) 76 例、肠息肉样本 (< 10 mm) 31 例、肠炎样本 24 例、胃炎样本 6 例、胃癌样本 18 例、胃息肉样本 1 例、神经内分泌瘤样本 3 例、肝癌和肠道脂肪瘤样本各 1 例、正常人 184 例。样本的 ACTB 基因的 Ct 值在 22 至 40 之间，取 95% 分位值，Ct 值 ≤ 36 时判定为样本质量合格。在阳性判断值的选择时根据到临床的需要，在样本质量合格的条件下选择 SDC2 基因 Ct 值 ≤ 38 为阳性结果；SDC2 基因 Ct 值 > 38 时为阴性结果。

检测结果显示在检测特异性为 92.2% 时 (248/269) 结直肠癌患者的检测灵敏度为 82.25% (99/120)，腺瘤患者的检测灵敏度为 47.4% (36/76)。31 例息肉样本检测结果为 4 例阳性 27 例阴性。肠炎患者样本 24 例检测结果为 1 例阳性 23 例阴性；胃炎疾病患者样本 6 例检测结果为阴性；胃癌患者样本 18 例检测结果为 1 例阳性 17 例阴性；胃息

肉 1 例检测结果为阴性；肝癌患者样本 1 例检测结果为阴性；肠道脂肪瘤患者样本 1 例检测结果为阴性。神经内分泌瘤样本 3 例检测结果为阴性。

因此，本试剂盒的阳性判断值为：ACTB 基因的 Ct 值 ≤ 36 ，甲基化 SDC2 基因 Ct 值 ≤ 38 时判断样本为阳性；ACTB 基因的 Ct 值 ≤ 36 ，甲基化 SDC2 基因 Ct 值 > 38 时判定为阴性样本；ACTB 基因 Ct 值 > 36 或者无 Ct 值时，判定为样本不合格。

【检验结果的解释】

1. 试验结束以后运行 Ct 值的计算，运行无模板对照（NTC）的 Ct 值 ≥ 40 或者没有出现扩增曲线时，说明试验无污染存在，可以继续分析试验情况。
2. 运行阳性质控品、阴性质控品 FAM 通道，阳性质控 Ct 值 ≤ 35 时，阴性质控 Ct 值 ≥ 40 或者无 Ct 值；Texas Red 通道阴性质控品、阳性质控品 Ct 值均 ≤ 35 时，说明实验体系正常，可以继续分析实验。
3. 在检测样本反应孔中 Texas Red 通道，一般 Ct 值 ≤ 36 ，可以继续分析，如果 Ct 值 > 36 则说明样本 DNA 量不足或者降解严重，不适合实验分析。
4. 在检测样本反应孔 FAM 通道中，在没有出现扩增曲线或者 Ct 值 > 38 的样本为阴性。出现 S 型扩增曲线且 Ct 值 ≤ 38 的样本为阳性。
5. 判定为阳性的样本的患者，建议进行肠镜检查以确诊；判定为阴性的患者不排除患病的可能；判定为样本不合格的，建议患者重新取样检测。
6. 干扰实验结果显示：粪便样品中分别含有以下物质：动物 DNA（500ng/ml）、植物组织（500ng/ml）、植物油（10 μ l/ml）、通便类药物甘露醇（75mg/ml）、通便灵胶囊（7.25mg/ml）、痔疮膏（24.75mg/ml）、吗丁啉（0.14mg/ml）、四环素（10.65mg/ml）、青霉素（2.56mg/ml）、布洛芬胶囊 75 μ g/ml、胃药斯达舒（6.84mg/ml）、奥美拉唑（2.82mg/ml）、头孢克肟（20.5mg/ml）、盐酸左氧氟沙星（0.15mg/ml）、西咪替丁（2mg/ml）、感冒灵胶囊（0.27mg/ml）对检测结果无影响。

【检测方法的局限性】

1. 本检测试剂盒仅能检测使用本公司生产的粪便样本收集装置收集的粪便样本。其他途径收集的粪便样本不适用于本试剂盒的检测。
2. 样本的收集、存储以及 DNA 的提取和亚硫酸盐的处理需要按照要求进行，否则可能影响检测结果导致假阴性和假阳性的发生。
3. 本检测试剂盒检测结果仅供临床参考不得作为临床确诊的依据，应结合其他临床诊断结果进行判定。判定为阳性的患者，建议接受结肠镜检查以便确诊；判定为阴性的患者不排除患病的可能；判定为无效结果的样本，建议患者重新取样检测。

【产品的性能指标】

1. 外观：试剂盒组份齐全；包装外观清洁、无泄露、无破损；标志、标签字迹清楚。
2. 阴/阳性符合率
 - 2.1 阴性符合率：检测 8 份 SDC2 阴性参考品（N1~N8），甲基化 SDC2 基因扩增结果应均为阴性。
 - 2.2 阳性符合率：检测 7 份 SDC2 阳性参考品（P1~P7），甲基化 SDC2 基因扩增结果应均为阳性。
3. 特异性：检测 1 份 SDC2 特异性参考品 T，甲基化 SDC2 基因扩增结果呈阴性。
4. 灵敏度：检测 SDC2 灵敏度参考品 L20 次，至少 17 次甲基化 SDC2 基因扩增呈阳性。
5. 精密度：分别检测 SDC2 精密度参考品 J1、SDC2 精密度参考品 J2 各 10 次，结果满足甲基化 SDC2 基因扩增呈阳性，同时内参基因 ACTB 扩增曲线正常。计算甲基化 SDC2 基因以及内参基因 ACTB 的 Ct 值的变异系数（CV）均不高于 5%。
6. 在多中心临床试验中，对 1213 例有效病例进行统计分析，结果表明本试剂盒对结直肠癌样本的检测敏感性为 84.22%（315/374），特异性为 97.85%（821/839），总符合率为 93.65%（1136/1213），Kappa 值为 0.85。其中有 10 例肠癌样本其 SDC2 基因 $38 < \text{Ct 值} \leq 39$ ，也应引起临床的重视。

【注意事项】

1. 本试剂盒仅用于体外诊断，使用前请详细阅读说明书并必须严格按照说明书进行操作。
2. 应由具备专业经验或经培训合格的人员进行操作。

3. 有关实验室管理规范请严格按照行业行政主管部门颁布的有关基因扩增检验实验室的管理规范执行。
4. 实验室应按试剂准备区、样本处理区、反应液配置区、扩增检测分析区分隔使用。工作流程：操作过程应工作服、帽、鞋、手套等穿戴齐全，各区物品均为专用，不得交叉使用，避免污染。
5. 反应液分装时应尽量避免产生气泡，并注意防止泄漏，以免荧光物质污染仪器。
6. 实验过程中若出现标本及试剂污染工作台及移液器，应及时用 10%次氯酸钠或 75%酒精处理。实验结束后应立即清洁工作台，并定期对工作台及各种实验用品进行消毒。
7. 不要使用超过有效期的试剂，不同批次的产品不能混用。
8. 加样所用的加样器需要定期检测，保证加样的准确性
9. 溶液 B 为亚硫酸盐溶液，操作时勿接触皮肤和眼睛；如果接触到应迅速擦干净用大量的水冲洗。
10. 黄连素（9.23mg/ml）对检测结果有影响，因此患者取样前 1 天应注意勿服用药物黄连素。
11. 为了避免样本中任何潜在的生物危险，检测样本应视为具有传染性物质，避免接触到皮肤和粘膜；样本的处理建议在可防止气雾外流的生物安全柜中操作，样本制备区所用过的试管、吸头需打入盛有消毒剂的容器，并与废弃物一起灭菌后方可丢弃；样本操作和处理均需符合相关法规要求：卫生部《微生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

【标识的解释】

试剂盒标签所用图形符号	说明
	体外诊断试剂
	使用前阅读说明书
	温度极限

【参考文献】

1. Tae Jeong oh, Sungwhan An, Genome-wide identification and validation of a novel methylation biomarker、SDC2、for blood-based detection of colorectal cancer, *The Journal of Molecular Diagnostics*, July 2013 vol,15,No.4.
2. Tae Jeong Oh, et al, Feasibility of quantifying SDC2 methylation in stool DNA for early detection of colorectal cancer: *The Journal of Clinical Epigenetics*: 2017.
3. Niu F, Wen J, Fu X, et al. Stool DNA Test of Methylated Syndecan-2 for the Early Detection of Colorectal Neoplasia[J]. *Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention*, 2017, 26(9): 1411-1419.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：广州市康立明生物科技有限责任公司

注册人/生产企业住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A2 栋第六层

售后服务单位名称：广州市康立明生物科技有限责任公司

联系方式：020-82510982

邮 编：510535

网 址：www.creativebio.cn

Email: Service@creativebio.cn

生产地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A2 栋第六层、A4 栋第五层（505 单位）。

生产许可证编号：

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

【说明书核准及修改日期】



医课汇
公众号
专业医疗器械资讯平台
WECHAT OF
HLONGMED



hlongmed.com
医疗器械咨询服务
MEDICAL DEVICE
CONSULTING
SERVICES



医课培训平台
医疗器械任职培训
WEB TRAINING
CENTER



医械宝
医疗器械知识平台
KNOWLEDG
ECENTEROF
MEDICAL DEVICE



MDCPP.COM
医械云专业平台
KNOWLEDG
ECENTEROF MEDICAL
DEVICE