

老化试验过程记录表

产品名称	XXXX	型号/规格	XXXX	产品编号		
相关设备	恒温恒湿箱、接地&泄漏&耐压三合一测试系统			老化条件	温度：45℃ 湿度：85%	
试验时间		结束时间		测试日期		
序号	检验项目	标准要求/技术要求		检验结果	单项结论	备注
1	正常工作状态	XXXXXXXXXXXXX				
2	漏电流	正常工作温度下的连续漏电流应不超过GB9706.1中的规定				
结论						

测试人员：

审核：



医课汇
公众号
专业医疗器械资讯平台
WECHAT OF
HLONGMED



hlongmed.com
医疗器械咨询服务
MEDICAL DEVICE
CONSULTING
SERVICES



医课培训平台
医疗器械任职培训
WEB TRAINING
CENTER



医械宝
医疗器械知识平台
KNOWLEDG
ECENTEROF
MEDICAL DEVICE



MDCPP.COM
医械云专业平台
KNOWLEDG
ECENTEROF MEDICAL
DEVICE