

# 一次性医用防护口罩

产品规格型号：（无菌型）

生产日期：

生产批号：

灭菌方式：环氧乙烷灭菌

灭菌日期：详见外包装

有效期：自灭菌之日起，有效期 1 年。

生产企业：

生产地址：

执行标准号：GB19083-2010

医疗器械注册证编号：

一次性使用或图形标识：

 经环氧乙烷灭菌。



使用期限



表明不得二次使用。

贮存条件：应贮存在相对湿度不超过 80%，无腐蚀性气体和良好通风的室内，并远离污染源。

其他内容详见说明书

# 一次性医用防护口罩

产品规格型号：（非无菌型）  
生产日期：  
生产批号：  
有效期：自生产之日起，有效期 1 年。  
生产企业：  
生产地址：  
执行标准号：GB19083-2010  
医疗器械注册证编号：  
一次性使用或图形标识：



使用期限



表明不得二次使用。

贮存条件：应贮存在相对湿度不超过 80%，无腐蚀性气体和良好通风的室内，并远离污染源。

其他内容详见说明书



医课汇  
公众号  
专业医疗器械资讯平台  
WECHAT OF  
HLONGMED



hlongmed.com  
医疗器械咨询服务  
MEDICAL DEVICE  
CONSULTING  
SERVICES



医课培训平台  
医疗器械任职培训  
WEB TRAINING  
CENTER



医械宝  
医疗器械知识平台  
KNOWLEDG  
ECENTEROF  
MEDICAL DEVICE



MDCPP.COM  
医械云专业平台  
KNOWLEDG  
ECENTEROF MEDICAL  
DEVICE