

江苏省实验动物使用许可证申请现场考核表 (普通环境)

单位：_____ 年 月 日

序	项 目	要 求	评分	
			满分	得分
1	组织机构与从业人员（20）			
1.1	组织机构	1、有主管实验动物工作的领导，该领导应熟悉国家和行业的有关法律法规。 2、有相应部门负责本单位的实验动物工作。 3、有组织管理架构，有明确的责任和分工。	3	
1.2	人员要求	1、从事动物实验的人员，须具备相应动物品种饲养繁育的基础知识和操作技能。 2、有完善的从业人员队伍（管理人员、质量控制人员、饲养人员、兽医等），并有培训和继续教育计划。	2	
1.3	管理人员	1、具有实验动物相关专业大专以上学历，并有相关工作经历。 2、熟悉实验动物有关的法律法规，熟悉普通级及以上相关实验动物质量和普通环境质量控制标准。	4	
1.4	技术人员	1、须接受实验动物基础知识培训，了解实验动物相关法律和屏障设施的标准，熟悉动物实验设施的相关管理规定。 2、掌握动物实验操作的技术与方法，熟悉有关动物的生物学特性和习性，具有一定的专业知识和业务技能。 3、有专职或兼职兽医。	6	
1.5	饲养人员	1、具备从事动物饲养的知识和技能，应基本掌握实验动物设施的使用和运行知识。	2	
1.6	劳动保护	1、设施内配备工作服、口罩、手套、鞋帽、洗浴设施和应急冲洗设备。 2、直接从事实验动物的工作人员每年应进行体检。	3	
2	环境与设施条件（30）			
2.1	设施选址	1、使用设施宜远离可能产生交叉感染的动物饲养场所等自然疫源地。 2、宜远离有严重空气污染、振动或噪声干扰的铁路、码头、飞机场、交通要道、工厂、贮仓、堆场等区域。	2	
2.2	外部环境	1、★动物的使用设施是独立状态或有切实可行的隔离措施。	专家填写实际情况	

		2、周围无影响动物饲养繁育的积水、杂草、垃圾场站、蚊蝇滋生地等污染源，或有有效的防污染措施。 3、设施的外门、窗、下水口等处与外环境的交界处应有防止昆虫、野鼠等入内的措施。	2	
--	--	--	---	--

		1、★感染实验、染毒实验均应在负压设施或负压设备内操作。	专家填写实际情况	
2.3	功能布局	2、人流、物流、动物流应合理组织，避免交叉感染。 3、设施应由前区、洁净区和辅助区的功能划分。 4、前区应包括办公休息、监控值班、配电室、库房、饲料室、一般走廊等。 5、实验区应包括更衣、缓冲、风淋、检疫、饲育、待发、清洁物品贮藏、走廊等。 6、辅助区应包括仓库、洗涮间、废弃物存放间、解剖室、兽医室等。 7、设施建筑应符合消防规范。	10	
2.4	内部环境	1、★实验区、辅助区的环境指标检测结果须符合 GB14925《实验动物 环境及设施》的规定。 2、围护结构应无毒、无放射性，耐水、耐腐蚀，表面光滑平整，易清洗消毒。 3、走廊宽度应不小于 1.5 米，便于日常使用。 4、门应平整、坚固，向高压方向开启，门宽度不小于 0.8 米。 5、内墙表面应光滑平整，阴阳角为圆弧形，易清洗消毒，墙面应采用防水、耐腐蚀、耐冲击、不反光、不易脱落的材料。 6、地面应防滑、耐磨、耐腐蚀、无渗漏、平整。 7、天花板应耐水、耐腐蚀，离地面净高应考虑节省能源和人员工作舒适情况。 8、犬、猴等大动物应有活动场所，围墙高度应防止动物逃逸。 9、洗涮间下水管道内径不小于 75 mm（兔、犬、猴等不小于 150mm）。 10、进入下水道的有害物质应进行无害化处理。 11、电器设备应暗装，电器管线应暗敷。	16	
3	质量控制方案（20）			
3.1	动物使用	1、★应使用具有“实验动物生产许可证”单位生产的相应等级的实验动物。 2、★同一时段内，不同品种的动物，在不同的饲养室（设备）中饲养。 3、★感染动物实验室所产生的废弃物，必须先彻底灭菌处理。	专家填写实际情况	

