


The coverage in FDA 6 systems inspection should include, but not limited to the followings.
 FDA六个系统检查应包括以下方面，但并不局限于此。

FDA 检查



医课汇 公众号
 专业医疗器械资讯平台
 WECHAT OF HLONGMED

hlongmed.com
 医疗器械咨询服务
 MEDICAL DEVICE CONSULTING SERVICES

医课培训平台
 医疗器械任职培训
 WEB TRAINING CENTER

医械宝
 医疗器械知识平台
 KNOWLEDG ECENTEROF MEDICAL DEVICE

MDCPP.COM
 医械云专业平台
 KNOWLEDG ECENTEROF MEDICAL DEVICE

Block access of pests into facilities
 挡鼠板
 粘鼠板
 灭蝇灯
 窗户应该有纱窗
 定期清洁更换
 防止防鼠设施
 阻止有害生物进行厂房
 有害动物和昆虫控制 pest control
 检查记录, Use a pest control log
 统计数量
 季节变化趋势及分析